Eureduc Soutra

Technologies d'optimisation de la rééducation

FICHE TECHNIQUE TP05 i



APPAREIL DE DRAINAGE VEINO-LYMPHATIQUE

Dispositif médical	classe IIA	ANNEXE IX règle 9 93/42 CEE
Instrument médical	classe II	ANNEXE I règle 9(1) DORS/98-282
Medical Device	class II	21 CFR part 870 § 870.5800

FABRICATION FRANÇAISE

ISO 13485

CE 0459

Eureduc
Technologies d'optimisation de la rééducation

19, rue de Clairefontaine - 78120 RAMBOUILLET - FRANCE
Tel. : +33 (0)1 34 61 01 61 - Fax : +33 (0)1 34 61 40 61
info@eureduc.eu - www.eureduc.eu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Poids	9 kg (appareil seul)	**Temps de travail** (maintien)	0 à 60s
Dimensions	37 | 33 |18 cm	**Repos** (maintien)	0 à 60s
Puissance	40 W	***Pression***	20 à 150 mBar *(15-112 mmHg)*
Tension / Fréquence	100 à 240 V / 47-63 Hz	***Temps de traitement*** (Séance)	0 à 60 min
Réglage de pression	Réglable: 20 – 150 mB (15 à 112 mmHg)	**Intensité sonore**	49 dB<I<52 dB
Pression atmosphérique	70kPa à 106kPa	**Température** de fonctionnement	+0°C+40°C
Degré d'hygrométrie de fonctionnement	30% à 80%	**Température** de stockage	-5°C+45°C
Pression atmosphérique de stockage	70kPa à 106kPa	**Degré d'hygrométrie** de stockage	30% à 80%
Alimentation AC/DC médical	GSM90A24-PIM Meanwell		

IEC 60601-1 : 130879-663528

Appareil de classe Type BF IP20

Mode de régulation de la pression

Double Gradient de Pression Automatique
(D.G.P.A. – Brevet International)

Choix des programmes

9 programmes préétablis
+ 3 programmes personnalisables

Gonflage des éléments

2 rangées de 5 sorties permettent le gonflage de 1 ou 2 éléments simultanément



Matériaux des éléments	Raccordement
Extérieur : Nylon / Intérieur : Polyuréthane Fermeture : éléments thermo-soudés	Eléments / tubes : permanents pour éviter toute fuite d'air Pompe / tubes : avec numérotation des connecteurs

Identification des éléments	Confort d'utilisation
Manchons de 5 chambres (compartiments) Bottes de 5 chambres Hanchières de 5 chambres Ceinture abdominale 5 chambres	Très simple d'utilisation grâce aux programmes pré-enregistrés, silencieux et robuste, il est l'équipement idéal en exercice libéral

Eureduc
Technologies d'optimisation de la rééducation

19, rue de Clairefontaine - 78120 RAMBOUILLET - FRANCE
Tel. : +33 (0)1 34 61 01 61 - Fax : +33 (0)1 34 61 40 61
info@eureduc.eu - www.eureduc.eu

ACCESSOIRES

Réf.	Désignation	Dimensions	
M5PGM	Manchon	Ø 58 cm * 77 cm	
B5PIM	Botte	*Ø 80 cm * 85 cm*	
H5P	Hanchière	*Ø 80 cm * 106 cm*	
SPK	Ceinture abdominale	L: 56 cm * l: 37 cm	
GHB	Gaines d'hygiène biodégradables (lot de 100 u)	40 x 120 cm	
PU04	Potence pour accessoires	H: 60 cm	
PU10	Guéridon 2 tablettes avec Potence	l=69cm X P=41cmX H=79cm	

Indications	Contre-indications
. Œdèmes des membres : Lymphœdème - Phlébœdème . Prévention de la thrombose . Séquelles de phlébite . Problèmes circulatoires . Jambes lourdes . Récupération sportive ou post-chirurgicale . Remodelage corporel	. Thrombose veineuse en phase aiguë . Etat inflammatoire ou infectieux du membre à traiter . Décompensation cardiaque ou rénale